



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Вологодской области" (ФБУ "Вологодский ЦСМ") RA.RU.311504

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-БЛ/16-01-2024/308419453

Действительно до 15.01.2028

Средство измерений Теплосчетчики; Combimeter Q и Combimeter II; Combimeter II; 14502-00
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 26916018
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе Combimeter II, qp 15 №26916018; Pt 100 №02257161; Pt 100 №02257162

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ГЦИ СИ "ВНИИМС" "Рекомендация. Счетчик тепловой энергии "Combimeter". Методика поверки"

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 33732.08.1P.00384780; 8478.04.2P.00332127, 8478.04.4P.00332126; 8478.81.4P.00471964,
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

8478.81.3P.00110710; Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10M1 № 1493 (19736-11); 32777.06.2P.96210;
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

32777.06.2P.96209

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 22,8 °С, влажность воздуха 53,1 %, атмосферное давление 96,9 кПа,
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

температура поверочной жидкости 22,7 °С

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о

результатах поверки в

ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/308419453>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ

ОЕИ:

308419453

Поверитель

Сивов Е. В.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Заместитель начальника

отдела метрологии

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись



Домрачев Д. А.

фамилия, инициалы

Дата поверки

16.01.2024